


DESPACHO
Aprovado 51 emendas por unanimidade na sessão de 23/01/2017
Presidente: 
1º Secretário: 
2º Secretário: 
11 presentes
11 a favor
0 contra

"Dispõe Sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar, com base nos Artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64 e Art. 167, inciso V e VI, da Constituição Federal e dá Outras Providências"

O Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, Sr. Fábio Marcos Pereira de Faria, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional Suplementar no valor de R\$ 1.503.509,00 (Hum Milhão Quinhentos e Três Mil e Quinhentos e Nove Reais) para dar cobertura a dotações abaixo discriminadas:

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

PROGRAMA: 1079 - SAÚDE

Proj:/Ativ: 1.031 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - MAC

06.03.1.031.4.4.90.52.00 - Equipamento Material Permanente R\$ 1.503.509,00

Artigo 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar autorizado no artigo 1º serão utilizados recursos provenientes de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Canarana e o Ministério da Saúde/Emenda Parlamentar no valor de R\$ 1.503.509,00

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 19 de Janeiro de 2017.


Fábio Marcos Pereira de Faria
Prefeito Municipal

Mensagem
De 19 de janeiro de 2017

Assunto: Encaminhamento de Projeto de Lei

Senhor Presidente
Senhores Vereadores

Estamos encaminhando para apreciação e votação Projeto de Lei que Dispõe Sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar, com base nos Artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64 e Art. 167, inciso V e VI, da Constituição Federal e dá Outras Providências.

O presente Projeto visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ **1.503.509,00** (Hum Milhão Quinhentos e Três Mil e Quinhentos e Nove Reais), que serão utilizados para adquirir diversos equipamentos para serem utilizados No Hospital Municipal de nosso município. Consigna-se que este valor é proveniente de um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Canarana e o Ministério da Saúde, através de Emendas Parlamentares de N.º 25470003 do Deputado Federal Carlos Bezerra nos valores de R\$ 824.100,00 (Oitocentos e Vinte e Quatro Mil e Cem Reais) e de R\$ 679.409,00 (Seiscentos e Setenta e Nove Mil, Quatrocentos e Nove Reais).

Como se sabe, para que a Secretaria de Saúde tenha efetivo funcionamento e cumpra sua função em atender a população que busca os serviços de saúde, é necessária a existência de diversos equipamentos, que deverão ser utilizados no dia-a-dia. Com a aquisição destes equipamentos, o município passará a ofertar atendimentos, que antes não conseguia ofertar, e assim os munícipes não precisam se deslocar para outras cidades em busca destes atendimentos. Desta forma, revela-se a importância da aprovação do projeto para atender da melhor forma os canaranenses.

Justifica-se a apreciação do presente projeto em regime de urgência, por conta do início do mandato e, da necessidade estruturação da Secretaria de Saúde, e, além do fato de que a primeira sessão ordinária só acontecerá em fevereiro, e que a tramitação do projeto pelas vias normais, importará em um imenso

P.

atraso para a compra destes equipamentos e, conseqüentemente, dependendo de diversas situações, poderá implicar, inclusive, na falta de atendimento dos nossos munícipes que, precisam de assistência à saúde.

Certos de contarmos com o apoio dos senhores vereadores renovamos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,



Fábio Marcos Pereira de Faria
Prefeito Municipal

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 13978.186000/ 1150-02
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE		
CNPJ 13.978.186/0001-08	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANARANA	
Endereço Completo SANTA CATARINA CENTRO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEP 78640000	UF MT	Município CANARANA

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA	
Recurso de Emenda Parlamentar 25470003 - R\$ 824.100,00 - CARLOS BEZERRA	

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	HOSPITAL MUNICIPAL DE CANARANA		
Tipo Unidade:	HOSPITAL GERAL		CNES:
CNPJ:	15.023.922/0001-91		9999999
Endereço:	RUA TRES PASSOS - CENTRO, CEP:245792 CENTRO		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA		CNES:	9999999
UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL MUNICIPAL DE CANARANA		
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO SERVIÇO			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			

MICRORREGIÃO

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/ MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.

UM PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA UM HOSPITAL PRIVADO, DEPOIS DE ANOS FECHADOS, FOI LOCADO PELA PREFEITURA COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL, ESTÁ SENDO CONCLUÍDA A REFORMA PARA FUNCIONAMENTO COMO ESTABELECIMENTO DE HOSPITAL GERAL, NA ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL A SER MANTIDO PELO MUNICÍPIO, SOB A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, APÓS O SEU CREDENCIAMENTO RECEBERÁ REPASSES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE MENSAL. PRESTARÁ ATENDIMENTO EXCLUSIVO DO SUS DE INTERNAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, SADT, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INSTALAÇÕES FÍSICAS: URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, 01 CONSULTÓRIO MÉDICO, 01 SALA DE CURATIVOS; 01 SALA DE CIRURGIAS; 01 SALA DE PRÉ-PARTO. SERVIÇOS DE APOIO PRÓPRIO: AMBULÂNCIA, CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, FARMÁCIA E LAVANDERIA. A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERÁ TERCEIRIZADA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRÓPRIOS: SERVIÇO DE ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL, PARTO E NASCIMENTO; ACOMPANHAMENTO DO PRÉ-NATAL DE RISCO; SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA). ALÉM DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS À PRESENTE PROPOSTA, O MUNICÍPIO ADQUIRIU COM RECURSOS PRÓPRIOS, OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO EXISTE 21 LEITOS EXCLUSIVOS PARA SUS. O CNES DO HOSPITAL (7768400) JÁ FOI CADASTRADO E ENCAMINHADO PARA O SCNES, PORÉM O GERENCIADOR DE OBJETOS E PROPOSTAS NÃO O RECONHECE AINDA, POIS NÃO FORA EFETIVADO PELO SISTEMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OS EQUIPAMENTOS LISTADOS NA PROPOSTA COMPLEMENTARÁ OS DEMAIS EQUIPAMENTOS EXISTENTES (RAIO X DE 100 A 500 MA, ULTRASSOM CONVENCIONAL, BOMBA DE INFUSÃO, DESFIBRILADOR, FOTOTERAPIA, INCUBADORA, MONITOR DE ECG, REANIMADOR PULMONAR/AMBU, RESPIRADOR/VENTILADOR) PERMITINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE QUALIDADE VIA SUS PARA OS MUNICÍPIOS DA LOCALIDADE E MICRORREGIÃO ARAGUAIA/XINGU. O MUNICÍPIO TEM HOJE UMA DEMANDA MENSAL DE 40 CIRURGIAS, 380 PARTOS ANUALMENTE, 120 EXAMES E 120 ULTRASSOM MENSALMENTE. TODOS ESSES PROCEDIMENTOS SERÃO FEITOS NO NOVO HOSPITAL COM A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, AMPLIANDO O ACESSO DOS PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS, QUE ATÉ ENTÃO SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTRO MUNICÍPIO, ALÉM DE AGILIZAR OS PROCEDIMENTOS. ALÉM DESSES ATENDIMENTOS PREVISTOS, RESSALTAMOS A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO E DOS POVOS INDÍGENAS, QUE PASSARÃO A SER ATENDIDO EM CANARANA. O ULTRASSOM APONTADO NO CNES É DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, QUE CONTINUARÁ ATENDENDO, MESMO COM A ABERTURA DO NOVO HOSPITAL, PORTANTO JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA O HOSPITAL. A AQUISIÇÃO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS VISA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA AMPLIANDO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ABERTURA DE NOVO HOSPITAL.

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

25000, 25000

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/ OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS. DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.

SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OUTRO ESTADO.

EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE CANARANA			
Ambiente: Radiologia	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	1	28.000,00	28.000,00
Processadora de Filmes Radiográficos	Especificação		
Característica Física	MATERIAL ANTICORROSIVO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA	NO MÍNIMO 70 FILMES/HORA		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 02 LITROS		
TANQUES DO REVELADOR, FIXADOR E ÁGUA	POSSUI		
CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO			

APLICAÇÃO	FILMES DE RAIOS X E MAMOGRAFIA		
TIPO	AUTOMÁTICO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Laboratório de Imunologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Microscópio Laboratorial	1	6.500,00	6.500,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Microscópio biológico binocular com as seguintes características mínimas: revolver invertido para 04 (quatro) objetivas CFI 60 plana cromáticas de 4x, 10x, 40x e 100x imersão e retrátil; (ótica infinita). Platina de 78 x 54 mm rotativa em 360 graus que permita ao usuário trabalhar com a mesma em qualquer posição e com trava de segurança que evita a quebra de lâminas, movimento cruzado em x e y com charriot e curso de 216 mm x 150 mm e que permita a colocação de 02 (duas) lâminas ao mesmo tempo; cabeçote binocular com inclinação de 30 graus com rotação de 360 graus e com opção de movimento de 180 graus para as oculares com ajuste interpupilar de 47 mm ate 75 mm; 01 par de oculares CFI de 10 x (campo amplo) de 20 mm de campo; ajuste interpupilar e diferentes dioptrias para as duas oculares; ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste fino de 0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm; macro micrométrico com ajuste de tensão e com controle do charriot próximo de seu comando; iluminação halógena embutida na base controlado por placa eletrônica com iluminador e refletor; condensador móvel centralizável tipo ABBE N.A.1,25 com diafragma de íris e filtro azul NCB 11 de 35 mm. Alimentação elétrica 110/220 V - 50/60 Hz.			
Ambiente: Sala para Exame Diferenciado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Oftalmológica	1	6.600,00	6.600,00
Característica Física	Especificação		
MOVIMENTO	ELÉTRICO		
ENCOSTO	REGULÁVEL		
APOIO CABEÇA	REGULÁVEL		
ACIONAMENTO DA RESISTÊNCIA	COMANDO LATERAL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Enfermaria de Lactentes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Berço Hospitalar com Grades	2	5.500,00	11.000,00
Característica Física	Especificação		
RODÍZIOS	POSSUI		
MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA	AÇO / FERRO PINTADO		
GRADES LATERAIS	AÇO INOXIDÁVEL		
MOVIMENTO DE FAWLER	3 MANIVELAS		
COLCHÃO HOSPITALAR	MÍNIMO D 28		
CABECEIRA / PESEIRA	POLIURETANO / SIMILAR		
Especificação Técnica			
- Material de Confeção Estrutura/Leito em Chapa (aço/ferro pintado) - Movimento Fowler (3 Manivelas) - Cabeceira/Peseira (Poliuretano-Similar) - Grades Laterais (Aço Inoxidável) - Rodízio (possui) - Colchão Hospitalar (Mínimo D 28)			
Ambiente: Sala Pequena de Cirurgia (oftalmologia, endoscopia, otorrinol., etc.)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultrassom Oftalmológico	1	82.000,00	82.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ultrassom oftalmológico AB SCAN com modos de imagem: B, B + A, B + B, A em alta resolução, memória de 08 Imagens, zoom de 34 a 60 milímetros, até 6 etapas ajustáveis, segmento ajustável TGC, cine loop para 5.6sec, correção manual de medição axial em A-Scan, multi-grupos de cursores para medidas de distância, vários métodos de medição da área, modos de medições: contato e imersão. Com média de 8 grupos com desvio padrão (SD). B-Probe com proteção e hibernação após 10 minutos de varredura contínua, teclado dobrável, trackball para a medição fácil e operação, relógio em tempo real e impressora. B-SCAN com probe frequência de 10MHZ, ângulo de varredura de 53°, resolução axial aproximadamente 0.2mm, lateral aproximadamente 0.4 milímetros, ganho Total aproximadamente 98dB, zoom ajustável de 34 milímetros a 60 milímetros, 6 passos ajustáveis, TGC de 30dB a 0dB dinâmico, 6 pontos ajustáveis manualmente, repetição dinâmico para 5,6 seg, 56 imagens exibidas continuamente ou separadamente, variável de atraso profundidade de 0 a 15 milímetros, multi-grupos de compassos eletrônico para medição de distância, vários métodos de medição da área pós-processamento com 4 grupos de curvas (linear, logarítmica, exponencial, curva-S), escala de Cinza de 256 níveis. A-SCAN com probe: 10MHZ, resolução aproximadamente 0,01 milímetros, biometria precisão aproximadamente 0,06 milímetros, faixa de medição de 15 a 39 milímetros. Parâmetros de medição: Profundidade Câmara Anterior, Lente de espessura, vitreo comprimento e o comprimento axial. Pelo menos 4 diferentes modos de medição automática, cálculo da média de 8 Grupos com desvio padrão (SD), IOL Formula: SRK / T, SRK-II, BINKHOST- II, HOLLADAY, HOFFER-Q e Haisig. Acompanhar sonda de 10MHZ e Sonda para Biometria.			
Ambiente: Sala de Interpretação e Laudos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor para Imagens Radiológicas	1	40.000,00	40.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Monitor de alta resolução específico para visualização de imagens radiológicas. Monitor LCD DICOM Monocromático. Matriz de resolução de 1536 X 2048, 3MP-mega pixel.Tamanho mínimo de exibição de 21 polegadas, ângulo de visão mínimo de 170 graus;Pitch pixel máximo de 0,2115 mm; Luminância de 1000 cd/m2, Nível de contraste de 850:1; Painel de LCD IPS; Exibição mínima de grayscale em 10 bits, sendo 1024 tons de cinza em um paleta mínimo de 8.000 tons; Calibração automática de luminância ,fotômetro interno; Recurso de uniformidade de luminância, brilho, em todos os pontos da tela; Modo de calibração automático de tons de cinza ,grayscale, e luminância para diferentes modalidades diagnósticas.			
Ambiente: Sala de Exames de Tomografia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tomógrafo Computadorizado (2 a 4 canais)	1	650.000,00	650.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice de 04 cortes, Potência do gerador de no mínimo: 35 KW, faixa de tensão entre: 80 a 140 KV, faixa de corrente do tubo de no mínimo 10 a 300 mA, capacidade de resfriamento do tudo de no mínimo 730 KHU/min., capacidade térmica do anodo de no mínimo 3.5 MHU. Gantry com aquisição de imagens através de rotação contínua do conjunto tubo detector, inclinação do gantry de no mínimo +/- 30 graus. O sistema deve permitir aquisições helicoidais com o gantry angulado, abertura do gantry de no mínimo 70 cm, campo de visão na faixa de 5 a 40 cm, espessuras de corte em modo multislice de no mínimo 04 canais (fileiras físicas) de detectores, espessura de corte de 1 mm ou menor, tempo máximo de um giro (360 graus) do tubo de raios-X de 0,8 segundos, sendo esta velocidade utilizada para todos os protocolos disponíveis no equipamento, geração de no mínimo 04 cortes por rotação de 360 graus, disponibilidade de vários pitches, sem perda da qualidade de imagem, tempo contínuo de espiral de 100 segundos, com cobertura volumétrica mínima de 150 cm, recurso avançado automatizado de reconstrução interativa para redução de dose com melhoria na qualidade da imagem. Mesa do paciente com peso suportável: pelo menos 200 Kg, faixa de varredura livre de metais: pelo menos 150 cm, precisão de movimento de 0,25 mm, altura mínima do solo (quando completamente abaixada): entre 300 a 450 mm. Console com reconstrução de imagens em matriz de 512X512, apresentação em matriz 1024X1024, monitor de imagens colorido de alta resolução Flat Screen com no mínimo 19 polegadas, disco rígido do sistema com capacidade para armazenar no mínimo 80.000 imagens e 3.500 dados brutos, gravação de imagens em CD / DVD, tempo de reconstrução multiplanar em tempo real a partir do console principal, instrução automática de pacientes com 30 canais de mensagens programáveis, computador de imagens com interface já implementada para redes DICOM, protocolo DICOM completo: Storage, Print e Worklist. Programa de reconstrução de imagens de Angiografia em CT e 3D SSD a partir do console principal; Programa de reconstrução de imagens 3D VRT a partir do console principal; Modulação de dose de radiação em tempo real durante o exame; Sistema de subtração digital óssea durante a aquisição; Software de gatilhamento de aquisição por nível de contraste permitindo múltiplos ROIS; Software para visualização de imagens em tempo real durante a aquisição, com taxa de amostragem de no mínimo 10 imagens por segundo; Protocolos pediátricos específicos; Interface para impressão padrão DICOM e Windows Post-Script. Estação de trabalho independente com configuração de Hardware mínima: Processador Intel Xeon Quad Core 2.4 GHz (ou superior); 8 GB de memória RAM (ou superior); HD com capacidade mínima de 500 GB (ou superior); Monitor LCD wide screen de 22 polegadas (ou superior); Gravador de CD-RW e DVD-RW; Modem e placa de rede padrão Ethernet; Placa de vídeo com no mínimo 1 GB de memória; Teclado e mouse. Softwares necessários na Workstation: Reconstrução multiplanar (MPR), MPR curvo e oblíquo, MIP, min-MIP, reconstrução tridimensional (3D) SSD e VR, remoção de ossos automática; Software para endoscopia virtual; - Pacote vascular avançado para Angio CT - segmentação automática de vasos. Acessórios: Suporte de crânio; Suporte de pernas; Jogo de fantasmas para calibração; Estabilizador de tensão de rede com potência compatível para todo equipamento, não sendo suficiente somente para estabilizar a base computacional. Nobreak para console e estação de trabalho.		
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	8	824.100,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
8	824.100,00

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA	
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - TERMO DE COMPROMISSO ATUALIZADO.pdf	

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 13978.186000/ 1160-02
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 13.978.186/0001-08	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANARANA		
Endereço Completo SANTA CATARINA CENTRO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CEP 78640000	UF MT	Município CANARANA	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar 25470003 - R\$ 679.409,00 - CARLOS BEZERRA

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	HOSPITAL MUNICIPAL DE CANARANA		
Tipo Unidade:	HOSPITAL GERAL		
CNPJ:	15.023.922/0001-91	CNES:	7768400
Endereço:	RUA TRES PASSOS - CENTRO, CEP:78640000		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL MUNICIPAL DE CANARANA	CNES:	7768400
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
MICRORREGIÃO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/ MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
BUSCANDO A MELHORIA CONSTANTE DO ATENDIMENTO OFERTADO AOS PACIENTES DO SUS, O MUNICÍPIO DE CANARANA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SE PROPÓS A ABRIR O HOSPITAL MUNICIPAL QUE INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 07/01/2016 PARA ATENDER USUÁRIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SUS, DE TODA A REGIÃO ARAGUAIA/XINGU, TORNANDO-SE UM CENTRO DE EXCELÊNCIA EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA ISSO NECESSITA-SE DOS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS NA PRESENTE PROPOSTA. O HOSPITAL QUE POSSUI 21 LEITOS E PRESTARÁ SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICA, INTERNAÇÃO NORMAL, ALOJAMENTO CONJUNTO, PEQUENAS CIRURGIAS, PARTO NORMAL, CESARIANA, PROCEDIMENTOS DE PEDIATRIA E RADIOLOGIA. SUA ESTRUTURA FÍSICA DISPÕE DE QUATRO DE PEDIATRIA, SALA DE PARTO NORMAL, SALA DE CIRURGIA, ENFERMARIA MASCULINA E OUTRA FEMININA, DOIS ALOJAMENTOS INDIVIDUAIS E UM ALOJAMENTO CONJUNTO, COZINHA E SALA DE RADIOLOGIA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. O MUNICÍPIO GARANTE A EXISTÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PLEITEADOS. APARELHO DE RAIOS X MÓVEL: O EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PRINCIPALMENTE PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA LITÍASE BILIAR. COM O MESMO SERÁ POSSÍVEL MOVER O APARELHO ATÉ O PACIENTE QUE NÃO PODE SAIR DO LEITO OU LOCAL ONDE O MESMO SE ENCONTRA. O APARELHO GERALMENTE DEVERÁ SER USADO PARA REALIZAR EXAMES NO PRÓPRIO LEITO, QUANDO O PACIENTE NÃO TIVER REAL CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVER ATÉ A SALA ONDE ESTÁ INSTALADO O APARELHO DE RAIOS X FIXO, UMA VEZ QUE SALA SE ENCONTRA MELHORES CONDIÇÕES DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA. PERIODICAMENTE UMA EQUIPE MÉDICA FARÁ ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E NAS ALDEIAS INDÍGENAS, ONDE O APARELHO DE RAIOS X MÓVEL AUXILIARÁ NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL - SERÁ INSTALADO EM UMA SALA DE DIAGNÓSTICO EXCLUSIVO E SERÁ OPERADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, DO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA. COM ESSE APARELHO SERÁ POSSÍVEL REALIZAR EXAMES EM PACIENTES DO SUS, SENDO POSSÍVEL DIAGNOSTICAR COM MAIOR PRECISÃO E AGILIDADE, MELHORANDO O ATENDIMENTO, E ATENDENDO TODA DEMANDA REPRIMIDA, DIMINUINDO A ESPERA E ACELERANDO O TRATAMENTO, ALÉM DE DIMINUIR OS GATOS PARA O MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE ATUALMENTE ESSES EXAMES ESTÃO SENDO FEITO PARTICULAR MEDIANTE CONTRATO. APARELHO DE ANESTESIA - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DESSE APARELHO PARA ATENDER O PLANEJAMENTO DO ATO CIRÚRGICO CONFORME A ESPECIFICIDADE, A SER UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ADMINISTRAÇÃO DE MISTURAS DE GASES COM VAPORES ANESTÉSICOS AO PACIENTE, ATRAVÉS DE RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA, VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO - O EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO NOS CASOS DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, NA RECUPERAÇÃO DE PACIENTES E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, PARA OS CASOS DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. O MUNICÍPIO DISPÕE NO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE PROFISSIONAIS HABILITADOS COM CONHECIMENTO E CAPACIDADE DE OPERAR OS APARELHOS E FAZER OS DIAGNÓSTICOS A PARTIR DOS RESULTADOS.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
24000, 24000			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/ OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			
SIM			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OUTRO ESTADO.			

EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE CANARANA			
Ambiente: Área de Esterelização			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Hospitalar Horizontal (acima de 350 litros)	1	160.000,00	160.000,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			

Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 360 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado na faixa de temperatura entre 121°C a 134°C e apresentar estrutura em material anti-corrosivo e revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com painel e comando com botão liga/desliga e display em LCD e deve possuir no mínimo teclado numérico para controle com membrana de proteção para visualização dos ciclos programados, manômetro e manovacuômetro. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmico, a câmara interna deve possuir dreno. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical. Sistema hidráulico - tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anti-corrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor deve ser em aço inox ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo tipo anel líquido e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Deve conter caixa de comando para proteção de sobrecarga. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 carros externos para acomodação dos materiais, 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de água por osmose, 1 impressora matricial. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Ambiente: Sala de Cirurgia	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	1	88.000,00	88.000,00
Aparelho de Anestesia	Especificação		
Característica Física	SIM		
ESPECIFICAR			

Especificação Técnica

Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante, dotado de gavetas e rodízios com freios em pelo menos dois deles, mesa de trabalho e bandeja para apoio de monitores. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo no mínimo para oxigênio (O2) e óxido nítrico (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nítrico (N2O). Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Filtro totalmente autoclavável, canister para armazenagem de cal sodada, possibilidade de sistema de exaustão de gases. Válvula APL graduada. Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a volume, ventilação controlada a pressão com possibilidade para ventilação intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão de suporte, ventilação manual/espontânea. Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume corrente, frequência respiratória, fluxo e tempo inspiratório/expiratório, PEEP e pausa inspiratória - todos os controles devem possuir faixas de ajuste necessários para o atendimento de pacientes neonatais a obesos mórbidos. Monitorização de pelo menos: volume corrente, volume minuto, FiO2, pressão de pico, média e PEEP. E monitorização gráfica de no mínimo pressão x tempo podendo ainda oferecer gráficos de fluxo x tempo e loops de pressão x volume e fluxo x volume. Alarmes audiovisuais e configuráveis pelo operador. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 Vaporizadores calibrados de engate rápido, 02 circuitos pacientes completos adulto/pediátrico e 02 neonatais com máscaras, fabricados em silicone autoclavável, bateria interna recarregável, manguieras de extensão para ar comprimido, oxigênio (O2) e óxido nítrico (N2O), balão para ventilação e demais acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Ambiente: Sala de Emergência	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	1	8.000,00	8.000,00
Ventilador Pulmonar Pressométrico	Especificação		
Característica Física	SIM		
ESPECIFICAR	Especificação Técnica		

Especificação Técnica

Ventilador pulmonar pressométrico adulto/pediátrico, pneumático, para utilização em unidades móveis e prontos socorros. Operação por meio de botão rotativo. Modo de Ventilação: Ventilação Mecânica Controlada, Ventilação Mecânica Assistida, Manual. Cíclagem a pressão e a Tempo; PEEP 0 a 20cm de H2O; Tempo expiratório 0,5 a 15 segundos; Pressão inspiratória 10 a 70cm de H2O; Relação I/E ajustável; FiO2 40% ou 100%; Resistência expiratória 2cm de H2O a 50V/min. Controles: Fluxo, Tempo expiratório, Pressão inspiratória, Esforço para Ventilação Assistida, Ciclo manual, FiO2, PEEP. Acompanha o aparelho 01 conjunto de circuito de via aérea com micro-nebulizador.

Ambiente: Sala de Exames	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	1	76.649,00	76.649,00
Aparelho de Raio X - Móvel	Especificação		
Característica Física	SIM		
ESPECIFICAR			
Especificação Técnica			

Especificação Técnica

Equipamento Móvel de Raios-X com comando e gerador de raios-x de alta frequência (55KHz) multipulso; possuir tecnologia de armazenamento de energia via descarga capacitiva, potência mínima de 20 kW, com sistema de controle microprocessado; painel de membrana: teclas do tipo simples toque. Faixas de ajustes kV para Radiografia: 30 a 125 kV - sensibilidade de 1kV, mA p/ Radiografia: 50, 100, 150, 200 e 300, pré-programáveis por software, seleção automática de focos fino/grosso, tempo de exposição: 0,01 a 5 segundos. Faixa de mAs: 0,5 a 266 mAs pré-programável por software, seleção de diferentes postos de trabalho. Indicação de todos os Parâmetros / Funções no display digital (kV, mAs, mA e tempo), programa de detecção de falhas on-line com indicação de códigos de erro no display digital do painel com 48 programas anatômico de órgãos por região, projeções ortogonais e oblíquas para a realização de exames (APR). Proteções para rotação de ânodo, aquecimento do tubo, filamento do tubo. Combinações de técnicas radiográficas com bloqueio para valores acima da curva característica do tubo. Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido, frenagem do anodo do tubo após exposição. Cabo disparador em dois estágios com comprimento de 5,0m e cabo de alimentação com comprimento de 9,0 m. Compartimento para transporte de chassis com capacidade de armazenamento de até 6 chassis de 35 x 43 cm. Indicador de distancia foco / filme em centímetros. Tecnologia conversora de alta frequência. Compensação automática de tensão de linha de +/- 10%. Braço articulado com sistema conjugado ao gerador, movimento vertical de 144 cm, rotação do braço articulado em relação a base de +45° / -45°, estativa giratória com braço articulado porta tubo, rotação do conjunto tubo / colimador sobre o eixo horizontal de +90° / -90°, freios mecânicos e Inclinação frontal do tubo de -10° / +90°. Colimador manual com campo luminoso ajustável indicando área a ser irradiada, acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico de 30s para desligamento automático do campo luminoso, rotação do campo de radiação de 180°, filtração inerente equivalente a 2 mm Al, proteção para até 125 kV, traço preto reticulado em cruz para focalização e centralização da área de interesse. Unidade selada de alta rotação focos 0,6 e 1,5 cúpula com revestimento de chumbo, tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante, rotação do Anodo de 2.800 RPM e focos de 0,6 e 1,5 mm.

Ambiente: Sala Pequena de Cirurgia (oftalmologia, endoscopia, otorrinol., etc.)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	2	25.000,00	50.000,00
Cardioversor	Especificação		
Característica Física	POSSUI		
IMPRESSORA	POSSUI		
MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO	POSSUI		
MÓDULO DEA	POSSUI		
OXIMETRIA (SPO2)	POSSUI		
BATERIA	BIFÁSICO		
TIPO	CARGA E DISPARO		
COMANDO NAS PÁS	POSSUI		
PÁS INTERNAS	POSSUI		
MEMÓRIA DE ECG	POSSUI		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível	1	239.760,00	239.760,00
Característica Física		Especificação	
ESPECIFICAR		SIM	
Especificação Técnica			
Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível, composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 Vídeo Gastrosκόpio, 01 Vídeo Colonoscópio e acessórios. Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de Alta Definição, que possua magnificação, Wide Screen e sistema de captura de imagens. Com balanço de branco, ajuste de vermelho e azul independentes, seleção de nitidez de imagem, enhancement e com sistema de shutter manual ou automático. Com sistema de congelamento de imagens, controle automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Com saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. Fonte de iluminação LED ou Xenon com potência compatível mínima de 150 W, com sistema de iluminação de emergência e ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação. Monitor: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 19 polegadas, com resolução de mínima de 1280 x 1024 pixels e com entrada de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB. Seleção de temperatura de cor, com ajuste de brilho, cor e contraste. Videogastrosκόpio eletrônico flexível com CCD COLORIDO, com sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, profundidade aproximada de 3 a 100 mm, com capacidades de angulação de aproximadamente 210 graus para cima, 90 graus para baixo e 100 graus para direita e para esquerda. Tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 9,2 mm, diâmetro distal de aproximadamente de 9,2 mm e diâmetro aproximado do canal de trabalho de 2,8 mm. Comprimento de trabalho de no mínimo 1.100mm e comprimento total de aproximadamente 1350 mm. Esterilizável por processo de baixa temperatura. Videocolonoscópio eletrônico flexível com CCD COLORIDA, sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, profundidade aproximada de 3 a 100 mm, tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 12,8 mm, ponta distal com diâmetro aproximado de 12,8 mm e canal para instrumentos com diâmetro interno aproximado de 3,8 mm. Comprimento de trabalho aproximado de 1600 mm, comprimento total de aproximadamente 2000 mm. Controle de angulação mínima do tubo de inserção de aproximadamente 180 graus para cima e para baixo e aproximadamente 160 graus para direita e para esquerda. Esterilizável por processo de baixa temperatura. Acessórios: 01 carro de transporte que comporte de maneira adequada o sistema completo, 01 no-break que garanta 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica, 02 lâmpada Halógena original sobressalentes para a fonte de luz, 01 teclado alfanumérico, cabos de conexão para o sistema, malas para transporte, sendo 01 para o Gastrosκόpio e 01 para o Colonoscópio, pinças para biópsia fenestradas, sendo 04 para o Gastrosκόpio e 04 para o Colonoscópio, conjuntos completos para limpeza e desinfecção e demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento.			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia (geral)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Cirúrgico de Teto	1	57.000,00	57.000,00
Característica Física		Especificação	
ESPECIFICAR		SIM	
Especificação Técnica			
Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; As duas cúpulas deverão ter diâmetro não inferior a 500 mm. A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 210 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	679.409,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
8	679.409,00

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - TERMO COMPROMISSO ATENÇÃO ESPECIALIZADA.pdf
Outros documentos para a Proposta - DECLARAÇÃO L.pdf